

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI

Deliberazione del Commissario n°4 del 30.10.2009

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO URGENTE DI UN'APPARECCHIATURA TC MULTISLICES A ROTAZIONE CONTINUA CON SCANSIONE VOLUMETRICA IN SOSTITUZIONE DELL'APPARECCHIATURA ESISTENTE DA DESTINARSI AL P.O. DI SASSARI

Il Commissario

VISTO il D.Lgs. n° 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n° 10 del 28.07.2006 avente per oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna di abrogazione della legge Regionale 26 gennaio 1995, n°5";

VISTA la Legge Regionale n° 3 del 07.08.2009, art. 12 - comma 8, avente per oggetto "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°42/17 del 15 Settembre 2009 di nomina del Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 - Sassari;

ATTESO che l'attuale impianto TC in dotazione al P.O di Sassari deve essere sostituito in quanto obsoleto e non più in grado di garantire efficacemente l'attività di diagnostica a cui è deputato essendo sempre più frequenti, tra l'altro, gli interventi di manutenzione che interrompono la continuità del servizio;

CONSIDERATO che la procedura di gara in unione d'acquisto per la fornitura di due impianti TCMS ad avanzata tecnologia, bandita lo scorso febbraio è attualmente in corso e i tempi stimati per la conclusione dei lavori e l'attivazione del servizio, anche in relazione ai nuovi adempimenti di collaudo determinati dalla recentissima normativa antisismica dello scorso luglio, salvo deroghe, non possono ritenersi inferiori ad un anno ma più realisticamente saranno maggiori in considerazione degli adempimenti di collaudo e di concreta attivazione degli impianti;

PRESO ATTO che le attività di diagnostica in argomento sono sicuramente essenziali ed insostituibili e che per la rilevanza e quantità delle richieste non è possibile ritenere di poter sopperire alle esigenze dell'utenza attraverso il servizio della sola A.O.U.;

PRESO altresì ATTO che l'attuale progetto di ampliamento della struttura ospedaliera SS. Annunziata prevede la possibilità di installazione di due impianti TC, essendo tale numero certamente congruo e coerente con la mole di attività svolta, e che i costi del trasferimento dell'impianto esistente, rilevata l'obsolescenza e il precario stato d'uso, risulterebbero privi di razionale ed economica giustificazione;

VISTO il disciplinare di gara e il capitolato tecnico qui allegati come parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Contratti Appalti Acquisti

RAVVISATA la necessità ed urgenza di provvedere

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. Di approvare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico qui allegati come parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare l'attivazione della gara mediante procedura aperta, con termini di ricevimento delle offerte stabiliti, in ragione della chiara urgenza, in quelli minimi consentiti dalle norme vigenti, per l'affidamento dell'appalto di fornitura di un'apparecchiatura TC Multislices a rotazione continua con scansione volumetrica in sostituzione dell'attuale "Somaton Emotion" alle condizioni di cui ai suddetti atti di gara;
3. Di stabilire che il costo presunto per la fornitura in argomento, indicata in massimo Euro 206.000, sarà imputato al conto CO.GE n°02.14.01 con ricorso alle risorse aziendali e peculiarmente ai proventi derivanti dalla gara per la concessione all'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande recentemente conclusa, salva integrazione del piano investimenti e successiva richiesta di finanziamento regionale;
Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO
Dr. Paolo Manca

AZIENDA ASL